

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์ (ดีเซล) สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดิน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดิน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความสนใจเสนอแนะข้อวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ (ดีเซล) สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ซึ่ง บริษัท โค้ด โนน์ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำหนังสือเสนอแนะวิจารณ์ร่าง TOR ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดิน มีประเด็นการนำเสนอแนะคำวิจารณ์และความคิดเห็นของร่างขอบเขต ดังนี้

คำขอวิจารณ์

หมวด ง ข้อ ๑ เติยนอนสำหรับผู้ป่วยมีล้อเซ็น ๑ เติยง ผู้วิจารณ์ได้เสนอแนะให้เพิ่มคุณลักษณะตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินโดยเพิ่มคุณลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานสากล (EN ๑๗๘๙) ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน (EN ๑๘๖๕) หรือมาตรฐานอื่นหรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสาร หรือตามที่ สพฉ. ประกาศเพิ่มเติม มีเบาะรองนอนตลอดตามยาวของเตียง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีช่องสำหรับเสียบ เสาน้ำเกลือ ทั้งด้านซ้ายและขวา พร้อมเสาน้ำเกลือจำนวน ๑ ต้น สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ และยึดติดกับโครงเตียงได้อย่างมั่นคง

หมวด ง ข้อ ๑๓ อุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน เครื่องช่วยสตาร์ทสำหรับรถยนต์ ๑๒V

เงื่อนไขเฉพาะข้อ ๑๐ ผู้วิจารณ์เรื่องรถพยาบาลที่ผลิตเสร็จแล้วต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยโดยมีหนังสือรับรอง MIT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันที่เสนอราคานั้นพบว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการขึ้นทะเบียนรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ของ บริษัท บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เท่านั้น ควรตัดข้อความดังกล่าวออก

คำตอบข้อวิจารณ์

หมวด ง ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดิน เห็นควรเพิ่มเติมตามข้อวิจารณ์

หมวด ง ข้อ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดิน เห็นควรปรับแก้ เอาข้อความว่า “ตัวกล่องสามารถรับน้ำหนัก ๓๕๐ กิโลกรัม” ออก

เงื่อนไขเฉพาะข้อ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดิน ได้ตรวจสอบจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่ามีบริษัทที่มีขึ้นทะเบียน รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) หลายบริษัทจึงไม่ขอเปลี่ยนแปลงตามคำวิจารณ์

ข้อแนะนำเพิ่มเติมที่ บริษัท โค้ด โนน์ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอแนะควรมีเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไฟฟ้าไว้ในรถพยาบาลฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดินเห็นว่าอยู่นอกมาตรฐานครุภัณฑ์จึงไม่ขอเพิ่มเติม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)จำเ.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
นายทรงศักดิ์ วันละ พุทธสิทธิ์ แสนใจ นายเกียรติศักดิ์ สุปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายช่างโยธา